

XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII

POZYCJA 1.

WANNA MEDYCZNA DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH - 1kpl.
Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż:

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Opis minimalnych wymagań	WYMÓG	POTWIERDZENIE	Opis parametrów oferowanych przez oferenta
1.	WANNA MEDYCZNA DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH - 1kpl.			
1.	Jezdna konstrukcja urzqdzenia	TAK		
2.	Elektryczne ustawienie wysokości leżyska w zakresie od 450 mm do 950 mm +/- 50 mm	TAK		
3.	Regulowana wysokość podgłówka	TAK		
4.	Automatyczne nawilżanie medium zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia	TAK		
5.	Niezmienne, wysokie skoncentrowanie medium na obiekcie zabiegu dzięki cyrkulacji medium	TAK		
6.	Regulacja temperatury gazu w przedziale od 32°C do 37°C +/- 5%	TAK		

7.	Staća i wysoka koncentracja CO ₂ uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu	TAK		
8.	Zautomatyzowany przebieg zabiegu	TAK		
9.	Sygnalizacja dźwiękowa na zakończenie terapii	TAK		
10.	Skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej	TAK		
11.	Kontrolowane odprowadzenie CO ₂ po zabiegu	TAK		
12.	Pobór mocy max. 0,9KW	TAK		
13.	Zużycie CO ₂ na piętnastominutowy zabieg max. 0,0005m ³	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na wanna medyczna do kąpieli kwasowęglowych				
14.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
15.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

XIII LABORATORIUM HYDROTHERAPII

POZYCJA 2.

WANNA DO MASAŻU PODWODNEGO, POWIETRZNEGO I MASAŻU TURBO – 2 kpl.

Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż:

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Opis minimalnych wymagań	WYMÓG	POTWIERDZENIE	Opis parametrów oferowanych przez oferenta
2.	WANNA DO MASAŻU PODWODNEGO, POWIETRZNEGO I MASAŻU TURBO – 2 kpl.			
1.	Załączenie systemu – przyciski pneumatyczne, zawór trójdrożny, panel elektroniczny, panel komputerowy	TAK		
2.	Pojemność użytkowa ok. 180 litrów	TAK		
3.	Wymiary zewnętrzne 1920 x 860 x 750 mm	TAK		
4.	Zasilanie 230 V lub 380 V	TAK		
5.	Masa około 100 kg	TAK		
6.	Kolor do uzgodnienia	TAK		
7.	Uzyskiwanie ciśnienie na dyszy do 2 atm.	TAK		

8.	Wodno-powietrzny system dysz	TAK		
9.	Automatyczny system odpływowo - przelewowy	TAK		
10.	System napętrijący wannę przez dysze	TAK		
11.	Bateria z wyciąganą wylewką do oprukiwania wanny	TAK		
12.	Osuszanie ciepłym powietrzem całego systemu hydromasażu	TAK		
13.	Czujniki temperatury i poziomu wody	TAK		
14.	Możliwość zainstalowania ozonatora, podgrzewacza wody, automatycznego odprowadzania wody	TAK		
15.	Wielowarstwowa budowa wolnostojąca	TAK		
16.	Warstwa wewnętrzną wykonaną z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych	TAK		
17.	Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkaniny "Firet koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na wanny do masażu podwodnego, powietrznego i masażu turbo				
18.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
19.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

XIII LABORATORIUM HYDROTHERAPII

POZYCJA 3.

PODNOŚNIK WANNOWY – 1 kpl.

Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż:

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Opis minimalnych wymagań	WYMÓG	POTWIERDZENIE	Opis parametrów oferowanych przez oferenta
3.	PODNOŚNIK WANNOWY – 1 kpl.			
1.	Transport pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej	TAK		
2.	Długie, zakrzywione ramie zapewniające pacjentowi dużo przestrzeni, a osobie obsługującej ułatwia pracę	TAK		
3.	2 punktowy wieszak na siedzisko pokryty materiałem antypoślizgowym	TAK		
4.	Konstrukcja zaczepów wieszaka uniemożliwiająca wypięcie się siedziska podczas transportu; automatyczne zatrzaśnięcie się pod wpływem ciężaru pacjenta	TAK		
5.	4 jezdne koła posiadające duży współczynnik tarcia gwarantujący łatwe sterowanie podnośnikiem	TAK		
6.	Tylne koła z blokadą	TAK		

7.	Ogranicznik kierunku jazdy	TAK		
8.	Elektryczna regulacja rozstawu ramion i wysokości podnośnika	TAK		
9.	Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnośnika	TAK		
10.	Przycisk zatrzymujący natychmiastowo podnośnik jako system bezpieczeństwa	TAK		
11.	Mechaniczne awaryjne opuszczanie	TAK		
12.	Ładowanie na pilot i ładowarkę naścienną	TAK		
13.	Udźwig do 175kg	TAK		
14.	Regulacja szerokości podstawy 650 - 1000 mm	TAK		
15.	Długość ramion jezdnych 1010 mm	TAK		
16.	Waga 48 kg	TAK		
17.	Zakres podnoszenia 310 - 1850 mm	TAK		
18.	Temblak z podpórką głowy	TAK		
19.	Laminowana tkanina nie zatrzymująca wody, nie wchłaniająca wilgoci	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na podnośnik wannowy				
20.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
21.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

MEDICA POLAND

CENTRUM REHABILITACJI Sp. z o.o.

22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 43

tel./fax (82) 569-20-15, KRS 0000219197

NIP 563-21-91-310, REGON 140724460

XIII LABORATORIUM HYDROTHERAPII

POZYCJA 4.

WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN DOLNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 kpl.
Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż:

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Opis minimalnych wymagań	WYMÓG	POTWIERDZENIE	Opis parametrów oferowanych przez oferenta
4.	WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN DOLNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 szt.			
1.	Pojemność użytkowa ok. 80 litrów	TAK		
2.	Wymiary zewnętrzne 1290 x 700 x 900 mm (z możliwością regulacji wysokości)	TAK		
3.	Zasilanie 230 V	TAK		
4.	Masa 60 kg	TAK		
5.	Wodno – powietrzne system dysz	TAK		

6.	Zawór napowietrzające system hydromasażu, napędzające wannę	TAK		
7.	Automatyczny system odpływowo – przelewowy	TAK		
8.	Bateria z wyciąganą wylewką	TAK		
9.	Włącznik zasilania pompy	TAK		
10.	Budowa wielowarstwowa	TAK		
11.	Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych	TAK		
12.	Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkanina "Firet koremat" nasączona wysokiej klasy żywicą	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na wanny do kąpieeli kończyn dolnych z wyposażeniem				
13.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
14.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII

POZYCJA 5.

WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN GÓRNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 kpl.

Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż:

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Opis minimalnych wymagań	WYMÓG	POTWIERDZENIE	Opis parametrów oferowanych przez oferenta
WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN GÓRNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 kpl.				
1.	Pojemność użytkowa 50 litrów	TAK		
2.	Wymiary zewnętrzne 900 x 850 x 820 mm	TAK		
3.	Zasilanie 230 V	TAK		
4.	Masa 50 kg	TAK		
5.	Wodno – powietrzny system dysz	TAK		

6.	Zawór napowietrzający system hydromasażu	TAK		
7.	System odpływowo - przelewowy	TAK		
8.	Bateria napętniająca wannę z wyciąganą wylewką	TAK		
9.	Włącznik zasilania pompy	TAK		
10.	Budowa wielowarstwowa	TAK		
11.	Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych	TAK		
12.	Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkaniny "Fibre koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na wanny do kąpieeli kończyn górnych z wyposażeniem				
13.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
14.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		